

CAIET DE SARCINI

Autoritatea contractanta: Spitalul Orasenesc Tg. Bujor Galati

Obiectul contractului de achizitie publica: Atribuirea contractului de achizitie publica prin cerere de oferte “ Achizitie, transport si instalare la sediul autoritatii contractante a unui analizor automat de biochimie”

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru atribuirea contractului si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.

Cuprins:

1. DENUMIRE PRODUS
2. SPECIFICATII TEHNICE PRODUS
3. LIVRAREA PRODUSULUI
4. TRANSPORTUL SI INSTALAREA PRODUSULUI
5. INSTRUIREA PERSONALULUI
6. GARANTIA PRODUSULUI

1. DENUMIRE PRODUS: Analizor automat de biochimie; Cantitate: 1 buc

2. SPECIFICATII TEHNICE PRODUS

- Minim 200 de teste pe ora de punct final, 170 teste pe ora cinetice

- Minim de analize efectuate:

- Albumina
- Bilirubina (totala si direct)
- Calcium (total si ionic)
- Colesterol total
- Colesterol HDL (Chol – HDL)
- Colesterol LDL (Chol – LDL)
- Lipide totale serice
- Creatinina
- Glucoza
- Fier (IRON); Fier (capacitatea de legare)
- Magneziu
- Fosfat
- Potasium
- Proteine
- Sodium
- Trigliceride
- Acid Uric
- Ureea
- Fosfataza acida
- Fosfataza alcalina
- Amilaza
- ALT/GPT (Transaminaza glutamic–piruvica)
- AST/GOT (Transaminaza glutamic–oxalacetica)
- Electroliti – Na, K, Cl, CO 2
- Gamma – GT
- Kreatininkinaza
- Lactat hidrogenaza
- T 3; T 4;
- TS 4; FT 4; (functii tiroidiene)
- Proteine serice totale

- CRP (Proteina C Reactiva)
- RF (Factor reumatoid)
- ASLO; (Anti – Streptolizin)
- I g (Imunoglobuline): Ig A, Ig G, Ig M, Ig E
- Complement seric: C 3 si C 4
- Fibrinogen
- TPHA
- RPR - Carbon

3. LIVRAREA PRODUSULUI

Locul de livrare a produsului: str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 97, localitatea Tg. Bujor, judetul Galati.

Data limita de livrare si instalare a analizorului este 24.12.2007.

4. TRANSPORTUL SI INSTALAREA PRODUSULUI

Transportul, instalarea si punerea in functiune a analizorului automat de biochimie se vor efectua de catre furnizor si sunt incluse in pretul contractului.

5. INSTRUIREA PERSONALULUI

Instruirea personalului din laborator, care va lucra cu analizorul automat de biochimie, se va efectua de catre furnizor si este inclusa in pretul contractului.

6. GARANTIA PRODUSULUI

Perioada de garantie va fi de 12 luni de la data instalarii si punerii in functiune.

In perioada de garantie, toate costurile legate de remedierea defectiunilor cad in sarcina furnizorului.

Toate defectiunile aparute in perioada de garantie vor fi remediate pe cheltuiala proprie de furnizor, conform contractului, in termen de maxim 10 zile de la anuntarea defectiunii. Daca durata remedierii defectiunii depaseste termenul amintit, echipamentul defect se va inlocui temporar cu unul similar sau cu caracteristici tehnice superioare.

Furnizorul va asigura, la solicitarea beneficiarului, service post-garantie contra cost pe o perioada de cel putin 10 ani.